

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REACTIVOS

| Item | Producto | Especificaciones Técnicas | Unidad de medida | Cantidad Solicitada |
|------|----------------------------|--|------------------|---------------------|
| 1 | Carga Viral para Hepatis B | <p>Reactivo para Carga Viral Hepatitis B. Con 2 (dos) equipos en comodato PCR EN TIEMPO REAL y un equipo automatizado para extraccion de material genético. Sensibilidad: 10 IU/ml para 0,5 mL en volumen de muestra y 15 IU/mL para 0,2 mL en volumen de muestra. El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información del equipo al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). Proveer impresoras de código de barras y equipos informáticos necesarios para la óptima utilización del software.) Debe contemplar la comunicacion con la plataforma de software existente. Debe incluir todos los equipos e insumos necesarios para la extraccion automatizada, amplificación y deteccion (incluyendo centrifugas, pipetas y vortex), instalacion y mantenimiento segun necesidad. Entrenamiento para tres profesionales bioquimicos ; Kit de Control de Calidad Interna y calibradores.</p> | Determinación | 192 |