

Licitación Pública N° 01/2016

Adquisición de Equipos de Laboratorio para el PRONASIDA

RESPUESTAS A PREGUNTAS RECIBIDAS DE POTENCIALES OFERENTES

Pregunta 1:

En los Ítems 2 y 3 de la mencionada Licitación

Se Considerarán equipos que no estén validados para los Tipos O, N, P y los subtipos M: J, K, AE y AB?

Esta solicitud se basa en que ningunos de estos tipos circulan por Sudamérica y que:

El Tipo O está circunscripto a África y particularmente Camerún y representa menos del 1% de los casos en este país y se encuentra en franco declive.

El Tipo N se conoce desde 1998 y está circunscripto a Camerún y solo se han reportado 20 pacientes.

El Tipo P se conoce desde el 2009 y está circunscripto a Camerún y hasta la actualidad se conocen reportado 2 (dos) pacientes.

El Tipo M Y Subtipo J y K están circunscriptos solo a África.

El Tipo M y Subtipo AB está circunscripto a Europa del este en particular a adictos de Rusia.

El Tipo M y Subtipo AG está circunscripto al Sudeste asiático.

Referencias obtenidas de informe de OMS y Peeters et al, AIDS rev. 2014, 16 23-24

En base a los antecedentes presentados, las especificaciones establecidas constituyen más un direccionamiento a una marca, más que requerimientos reales del programa basados en antecedentes epidemiológicos.

Respuesta 1:

En relación a la consulta cumplimos en informarles que en Paraguay no contamos con estudios epidemiológicos de tipo molecular actuales de los subtipos de VIH-1 de las personas infectadas, por tanto desconocemos nuestra situación epidemiológica referente a los subtipos de VIH-1 que circulan en el país. Así mismo como ustedes lo han mencionado solo contamos con informes de epidemiología mundial y algunas regionales.

En los Servicios de Atención Integral a Personas con VIH, contamos con pacientes de diferentes países que residen en el país ya sea en forma definitiva o temporal por alguna misión o trabajo temporal y también de personas que han viajado a diferentes partes del mundo donde han adquirido el virus.

Considerando su inquietud y que la posibilidad de que los subtipos referidos estén circulando por el país es mínima, *se considerarán equipos y reactivos que no estén validados para los Grupos N y O, y los subtipos del Grupo M: J, K, AE, AB, AG y otros subtipos o recombinantes que no se encuentren en el párrafo siguiente.*

Sin embargo será indispensable que los equipos y reactivos ofertados estén validados para el Grupo M de los siguientes Subtipos: A, B, C, D, F, G, H y que esté aprobada en la última lista precalificada de OMS (Julio 2016).

Asunción, 01 de Noviembre de 2016.

Mary Royg
Coordinadora
Proyecto Expansión y Sostenibilidad
de la Respuesta del VIH en Paraguay
FUNDACIÓN CIRD