

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá



Centro de Información  
y Recursos para el Desarrollo

**PROYECTO DISMINUYENDO BRECHAS PARA  
REDUCIR LA INCIDENCIA DEL VIH Y LAS  
MUERTES RELACIONADAS CON EL SIDA –  
FONDOS C19RM 2021**

**CONCURSO PÚBLICO  
N° 1/2022**

**PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA  
GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL  
(PSA) DE 40 NM<sup>3</sup>/H DUPLEX CON  
COMPRESOR PARA CARGA DE CILINDROS  
PARA HOSPITAL REGIONAL DE SALTO  
DEL GUAIRÁ**

**RESPUESTAS A CONSULTAS  
RECIBIDAS**

1 DE AGOSTO DE 2022

**ASUNCION – PARAGUAY**

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

## **CONSULTA N° 1:**

### **B.3 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES**

B.3.1 Documentos que comprenden la Oferta Técnica y Económica **Para una empresa unipersonal cuales serían el documento requerido y obligatorio?**

**RESPUESTA N° 1:** Favor ajustarse al pliego de bases y condiciones. Favor notar el punto B.3 que menciona DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES, las que correspondan por su naturaleza a las empresas físicas o unipersonales.

## **CONSULTA N° 2:**

h) Una póliza de seguro de Mantenimiento de Oferta del 5% del monto de la oferta y válida por 30 (treinta) días a partir de la fecha de apertura de sobres. obtenida en una de compañía de seguro de conocida solvencia. **Seria 5% del monto ofertado, una póliza de mantenimiento de oferta de cualquier compañía de seguro legalmente habilitada?**

**RESPUESTA N° 2:** Favor ajustarse al pliego de bases y condiciones, se aclara que se solicita una póliza de una compañía de seguro reconocida en el medio por su solvencia, con una cobertura del 5% del total del precio (oferta presentada), IVA Incluido.

## **CONSULTA N° 3:**

i) Presentación de catálogos, **El catálogo si o si tiene que estar en el sobre cuando se presenta la oferta?**

**RESPUESTA N° 3:** Favor ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se aclara que la presentación de los catálogos forman parte de las documentaciones exigidas en el pliego de bases y condiciones.

## **CONSULTA N° 4:**

n) Certificación Bancaria acreditando poseer cuenta/s operando con normalidad en dicho banco de plaza. **Seria una constancia de poseer cuenta corriente o caja de ahorro?**

**RESPUESTA N° 4:** Favor ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se aclara que se requiere una Certificación Bancaria en la que se constate, que es cliente de la entidad, titular de cuenta corriente o de ahorro, con los detalles de número de la cuenta, la moneda y el estado Activo de la misma.

## **CONSULTA N° 5:**

### **Documentos Adicionales**

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:

a) El oferente deberá presentar referencias, certificados, órdenes de entrega, contratos, etc. que acrediten tener experiencia en la provisión de bienes/servicios similares a los ofertados en el presente concurso, por al menos 50 % del valor de su oferta. **Pedimos que se acepte también la experiencia en otras aéreas de trabajo como aéreas industriales, mecánica, hidráulica, electromecánica, servicio de reparaciones en general, ya que una planta de oxígeno es una industria, cuenta con sistema eléctrico, mecánico, hidráulico y demás, por eso solicitamos ampliar la experiencia la planta de oxígeno produce oxígeno .**

**RESPUESTA N° 5:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 con referencia a la presentación de documentos adicionales donde se modifica y a partir de la misma se

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

requiere presentar referencias, certificados, órdenes de entrega, contratos, etc. que acrediten tener experiencia en la provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal en los últimos 4 (cuatro) años ( 2018-2019-2020-2021) por al menos el 50% del valor de su oferta, atendiendo a la naturaleza y objetivo principal del llamado.

### **CONSULTA N° 6:**

b) Capacidad Financiera:

b.1) Situación Financiera:

Los oferentes deberán presentar, el Balance impositivo del último año cerrado. **Que años se pedirá?. 2021? DEBE DE SER LA DEL 2021 QUE ES EL ULTIMO AÑO CERRADO?**

**RESPUESTA N° 6:** 2021

### **CONSULTA N° 7:**

b.2) Disponibilidad de Recursos financieros:

Certificación Bancaria acreditando poseer en la misma cuenta/s operando con normalidad. **Sería una constancia de poseer cuenta corriente o caja de ahorro?**

**RESPUESTA N° 7:** Favor ajustarse al pliego de bases y condiciones, se aclara que se requiere una Certificación Bancaria en la que se constate, que es cliente de la entidad, titular de cuenta corriente o de ahorro, con los detalles de número de la cuenta, la moneda y el estado Activo de la misma.

### **CONSULTA N° 8:**

c) Capacidad Técnica o de Suministro:

El Oferente deberá presentar: Nota expedida por el mismo de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado, adjuntando copias de documentación respiratoria de la experiencia similares referidas por el oferente. La convocante se reserva el derecho de contactar a otros contratantes del Oferente en base a la documentación presentada por éste como respaldo de provisiones similares.

Las documentaciones presentadas en Capacidad Técnica o de Suministro, serán evaluadas como “Cumple” o “No cumple”. **Necesitamos que nos aclaren la temática de la evaluación en qué consiste cumple o no cumple.**

**RESPUESTA N° 8:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 con referencia a la presentación de documentos adicionales donde se modifica y a partir de la misma se requiere: “Nota expedida por el oferente de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado, adjuntando como mínimo dos constancias de buen cumplimiento de contrato en la provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal en los últimos 4 (cuatro) años (2018-2019-2020-2021) expedida por entidades del sector público o privada. La convocante se reserva el derecho de contactar a otros contratantes del Oferente en base a la documentación presentada por éste como respaldo de provisiones”. Todo esto atendiendo a la naturaleza y objeto principal del llamado.

La evaluación de cumple o no cumple, refiere al cumplimiento en un 100% de cada cantidad solicitada. No se admite la valoración en porcentajes de cumplimientos, por ejemplo, se solicita 2 constancias para el cumplimiento total; contar con 1 constancia no se aplica un 50% de cumplimiento.

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

## **CONSULTA N° 9:**

### **D.3 FORMA Y MONEDA DE PAGO, GARANTÍAS**

El precio del suministro se realizará **en dólares americanos** por el monto adjudicado, en el cual deberá estar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cualquier otro gravamen, **LIBRE DE TODO GASTO PARA EL CIRCO** y puesto en el lugar indicado por la convocante. Los pagos serán realizados a Crédito 8 días, luego de la presentación correcta de las documentaciones que forman parte del legajo de pago (Pólizas, Facturas y/o Acta de Recepción Parcial y/o Final firmadas por los responsables de la recepción). **La póliza debe ser de una compañía legalmente habilitada no importa que empresa sea?**

**RESPUESTA N° 9:** Favor adecuarse a lo establecido en el Pliego. Las pólizas de Fiel Cumplimiento de Contrato y de Garantía de Anticipo deben ser obtenidas en compañías de seguro de conocida solvencia.

## **CONSULTA N° 10:**

Se pagará el 5% como anticipo conforme a lo estipulado en el siguiente párrafo, el 45%, como primer pago con la presentación del Acta de Recepción Parcial aprobada por los responsables de la recepción y el 50% restante con la presentación del Acta de Recepción Final emitida por el los responsables designados, luego de la puesta en marcha, pruebas de funcionamiento conforme se indica en las EETT, y la habilitación del establecimiento como Laboratorio de Producción de Especialidades farmacéuticas (Gases Medicinales).

**Solicitamos que la forma de pago se cambie**

**Ya que se tiene que importar el 100% de la plata con sus accesorios y equipos en el mercado local no se fabrica,**

**Además es una inversión muy alta y delicada ya que se producirá un producto de consumo humano que salvará vidas**

**Además estamos saliendo de una crisis económica a nivel mundial por la pandemia que golpea a todos los sectores de trabajo y producción**

**Solicitamos que el pago sea así**

**50% a la firma del contrato**

**25 % una vez llegado la planta con sus equipos en el hospital de Salto del Guaira**

**25 % una vez operativa y en funcionamiento contra entrega de acta**

**RESPUESTA N° 10:** Favor adecuarse a lo establecido en el Pliego. La forma de pago establecida es: 5% como anticipo conforme a lo estipulado en el siguiente párrafo, el 45%, como primer pago con la presentación del Acta de Recepción Parcial aprobada por los responsables de la recepción y el 50% restante con la presentación del Acta de Recepción Final emitida por el los responsables designados, luego de la puesta en marcha, pruebas de funcionamiento conforme se indica en las EETT, y la habilitación del establecimiento como Laboratorio de Producción de Especialidades farmacéuticas (Gases Medicinales).

## **CONSULTA N° 11:**

**Según el pliego están necesitando de dos plantas de oxígeno con 24 meses de garantía**

**Además de un generador de corriente 300 KVA con 24 meses de garantía**

**Un sistema de CCTV**

**Una planta que será para el uso del hospital (esta planta trabajará las 24-7. Cuanto es el consumo por hora o día del hospital)**

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

**RESPUESTA N° 11:** Favor ajustarse al pliego de bases y condiciones, el dimensionamiento de lo requerido se ajusta a la necesidad de oxígeno medicinal del hospital a beneficiar.

### **CONSULTA N° 12:**

**Otra planta para la carga de balones (esta planta trabajara las 24-7. Cuanto seria la carga que harán por hora o día, o que cantidad de balones se cargara)**

**RESPUESTA N° 12:** Favor ajustarse al pliego de bases y condiciones, el dimensionamiento de lo requerido se ajusta a la necesidad de oxígeno medicinal del hospital a beneficiar tanto para red hospitalaria como para la carga de balones.

### **CONSULTA N° 13:**

**Y un generador eso sería para uso exclusivo de la plata de oxígeno – no entra nada de uso del hospital**

**RESPUESTA N° 13:** El generador será para uso exclusivo de la Planta.

### **CONSULTA N° 14:**

**Sistema de CCTV esto sería para el control del personal se seguridad del hospital.**

**RESPUESTA N° 14:** Será para el control de personal del hospital como así también para el control de personas que no estén autorizadas ingresar al área de la planta.

Mediante la cobertura que ofrecen estos sistemas de vigilancia, se tendrán todas las zonas de acceso cubiertas con un servicio totalmente controlado para evitar el acceso de personas no autorizadas.

El circuito cerrado de cámaras de vigilancia ofrece un apoyo a la logística de protección mucho más eficiente que otros sistemas de vigilancia convencionales.

### **CONSULTA N° 15:**

**Plazo de entrega y terminación estos 160 días (4 meces) son días hábiles o días corridos**

**RESPUESTA N° 15:** Son días corridos. Se aclara que el tiempo de entrega MÁXIMO queda establecido en 180 días.

### **CONSULTA N° 16:**

**Necesitamos saber y obtener los planos**

**RESPUESTA N° 16:** Ajustarse al PBC.

### **CONSULTA N° 17:**

**Se necesita los planos de obras civiles**

**RESPUESTA N° 17:** Ajustarse al PBC.

### **CONSULTA N° 18:**

**Planos de sistema eléctrico**

**RESPUESTA N° 18:** Ajustarse al PBC.

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

### **CONSULTA N° 19:**

**Plano de cómputo métrico**

**RESPUESTA N° 19:** Ajustarse al PBC.

### **CONSULTA N° 20:**

**Los estudios del terreno**

**RESPUESTA N° 20:** Ajustarse al PBC.

### **CONSULTA N° 21:**

**Si ya cuenta con los permisos**

**RESPUESTA N° 21:** Ajustarse al PBC.

### **CONSULTA N° 22:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

**Dispositivos de Grabación NVR**

En donde dice: Resolución de la salida de vídeo: 1.024 × 768, **Se solicita encarecidamente a la convocante que esta resolución sea obviada, puesto que se ya está solicitando una resolución menor y mayor a ese valor.**

**RESPUESTA N° 22:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular se deja sin efecto.

### **CONSULTA N° 23:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

**Dispositivos de Grabación NVR**

En donde dice: Cantidad de canales exhibidos en Pantalla: Cantidad de canales exhibidos en pantalla: 1,4,8,9, 16, 24 y 32 canales simultáneamente. **Se solicita encarecidamente a la convocante aceptar equipos que cuenten con visualización Hasta 16 Canales simultáneamente, Debido a que es dispositivo solicitado en la misma especificación técnica alberga 8 canales en la totalidad del sistema.**

**RESPUESTA N° 23:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular se modifica por: “Cantidad de canales exhibidos en Pantalla: 1,4,8,9 y 16 canales simultáneamente”.

### **CONSULTA N° 24:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

**Dispositivos de Grabación NVR**

En donde dice: Mascara de Privacidad, **Se solicita encarecidamente a la convocante que aclare el valor solicitado, puesto que lo estándar de estos equipos es que soporte o no soporte mascara de privacidad, y no precisamente cantidad de mascara por canal.**

**RESPUESTA N° 24:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular se modifica y queda sin efecto la cantidad de máscaras por canal.

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

### **CONSULTA N° 25:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

#### **Dispositivos de Grabación NVR**

En donde dice: Grabación: **Se solicita encarecidamente a la convocante que aclare el parámetro solicitado CIF que normalmente es una unidad de medición de resolución de cámaras analógicas, y lo solicitado en este llamado son cámaras de tecnología IP.**

**RESPUESTA N° 25:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular se modifica y queda sin efecto.

### **CONSULTA N° 26:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

#### **Dispositivos de Grabación NVR**

En donde dice: ALMACENAMIENTO: Deberá soportar SATA 3 y discos de 16TB para futuras ampliaciones y contar con Gestión de espacio en disco. **Se solicita encarecidamente a la convocante aceptar equipos que soporten discos de hasta 10TB, debido a que la configuración requerida solo obedece a un grupo de reducido de marcas cumplidoras, que a su vez, limita la cantidad de oferentes a presentarse al presente llamado.**

**RESPUESTA N° 26:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular se modifica por: Deberá soportar SATA 3 y discos de 10TB como mínimo.

### **CONSULTA N° 27:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

#### **Dispositivos de Grabación NVR**

En donde dice: RED: Throughput de red: Mínimo 300 Mbps, **Se solicita encarecidamente a la convocante que aclare si el valor solicitado es correcto, puesto que la suma de la entrada y salida mencionada en la red no tiene concordancia con lo solicitado. Entendemos que como mínimo debería ser 500Mbps.**

**RESPUESTA N° 27:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular se modifica por: RED: Throughput de red: Mínimo 500 Mbps.

### **CONSULTA N° 28:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

#### **Dispositivos de Grabación NVR**

En donde dice: RED: DynDNS, **Se solicita encarecidamente a la convocante que aclare si este término hace referencia a DDNS que es lo mismo que Dinamic DNS.**

**RESPUESTA N° 28:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular se modifica por: RED: DynDNS o Dinamic DNS

### **CONSULTA N° 29:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

#### **Dispositivos de Grabación NVR**

En donde dice: REPRODUCCIÓN Y RESPALDO: Playback simultáneo 1 o 4 **Se solicita encarecidamente a la convocante que aclare este parámetro, puesto que tiene que estar en concordancia, con la de canales solicitados.**

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

**RESPUESTA N° 29:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular se modifica por: **REPRODUCCIÓN Y RESPALDO:** Playback simultáneo 1 a 16.

### **CONSULTA N° 30:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

#### **Dispositivos de Grabación NVR**

En donde dice: **CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Salida: 12 Vdc, 4A. **Se solicita encarecidamente a la convocante que sea obviado este parámetro, puesto que muchos fabricantes tienen fuente de alimentación integrada al equipo, de modo que a su vez, limita la cantidad de oferentes a presentarse al presente llamado.**

**RESPUESTA N° 30:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular queda como opcional.

### **CONSULTA N° 31:**

En la sección de Especificaciones Técnicas –

#### **CAMARAS IP TIPO BULLET**

En donde dice: **CARACTERÍSTICAS:** Distancia IR: 50 m o superior, **Se solicita encarecidamente a la convocante aceptar equipos que cuenten con iluminación IR desde 30 m o superior. Debido a que la configuración requerida solo obedece a un grupo de reducido de marcas cumplidoras, que a su vez, limita la cantidad de oferentes a presentarse al presente llamado.**

**RESPUESTA N° 31:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde esta especificación en particular se modifica por: **CARACTERÍSTICAS:** Distancia IR: 30m o superior.

### **CONSULTA N° 32:**

#### **CAMARAS IP TERMOGRÁFICA**

En donde dice: **Camara Termografica, Se solicita encarecidamente a la convocante que aclare si la cámara solicitada es para control de personas o para Uso Industrial, puesto que las especificaciones no se adecuan a valores de equipos industriales a fin de confirmar los valores requeridos.**

**RESPUESTA N° 32:** Se aclara que la cámara termográfica solicitada corresponde para uso industrial, para medición de la temperatura de los equipos en funcionamiento. Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde se adecuan la especificación a la cámara para uso industrial.

### **CONSULTA N° 33:**

#### **Donde solicitan:**

#### **B.3 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES**

Documentos Adicionales

a) El oferente deberá presentar referencias, certificados, órdenes de entrega, contratos, etc. que acrediten tener experiencia en la provisión de bienes/servicios similares a los ofertados en el presente concurso, por al menos 50 % del valor de su oferta.

**Solicitamos aclarar suficientemente este punto, mencionando claramente que la experiencia requerida refiera a la provisión de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal (PSA), y no como se indica “experiencia en la provisión de bienes/servicios**

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

**similares a los ofertados”, porque no olvidemos que también se están solicitando sistemas de cámaras, de seguridad y de aterramientos, que nos son los equipamientos principales de la convocatoria.**

**Además, recomendamos se establezcan la solicitud de experiencia de los últimos tres años aclarando suficientemente que corresponden a los años 2019, 2020 y 2021, tal como se expresa en todos los pliegos de las distintas instituciones públicas y ONG´s cuando realizan este tipo de llamado.**

**Con estos dos puntos, la convocante se podrá asegurar la participación de empresas de país dedicadas en la provisión de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal (PSA), y con por lo menos 3 años de experiencia.**

**RESPUESTA N° 33:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 con referencia a la presentación de documentos adicionales donde se modifica y a partir de la misma se requiere presentar referencias, certificados, órdenes de entrega, contratos, etc. que acrediten tener experiencia en la provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal en los últimos 4 (cuatro) años (2018-2019-2020-2021) por al menos el 50% del valor de su oferta, atendiendo a la naturaleza y objetivo principal del llamado.

### **CONSULTA N° 34:**

**Donde solicitan:**

C.6 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

**c) Capacidad Técnica o de Suministro:**

El Oferente deberá presentar: Nota expedida por el mismo de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado, adjuntando copias de documentación respaldatoria de la experiencia similares referidas por el oferente. La convocante se reserva el derecho de contactar a otros contratantes del Oferente en base a la documentación presentada por éste como respaldo de provisiones similares.

**Recomendamos que la nota a presentar por parte del oferente, corresponda a como mínimo 2 (dos) Constancias de Buen Cumplimiento en la provisión de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal (PSA), expedida por instituciones del sector público y o privado, entre los años 2019, 2020 y 2021. Con esto la convocante se aseguraría de contar con proveedores de experiencia real en el país para este tipo de equipamientos.**

**RESPUESTA N° 34:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 con referencia a la presentación de documentos adicionales donde se modifica y a partir de la misma se requiere: “Nota expedida por el oferente de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado, adjuntando como mínimo dos constancias de buen cumplimiento de contrato en la provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal en los últimos 4 (cuatro) años (2018-2019-2020-2021) expedida por entidades del sector público o privada. La convocante se reserva el derecho de contactar a otros contratantes del Oferente en base a la documentación presentada por éste como respaldo de provisiones”. Todo esto atendiendo a la naturaleza y objeto principal del llamado.

### **CONSULTA N° 35:**

**Donde solicitan:**

PLANILLA DE PRECIOS – ITEM 4

Provisión, instalación y puesta a punto de Compresor de Aire. Deben ser cotizados los compresores Libres de Aceite Y los compresores lubricados, con sus respectivos costos de mantenimiento. CANTIDAD 2.

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

**Solicitamos aclarar suficientemente, cuál sería la manera de cotizar ambos tipos de compresores, ya que la Planilla de Precios habilita un único precio unitario y total para las dos unidades, y como es sabido existe una diferencia de precio importante para cada tipo de compresores, el de libre de aceite es mucho más caro, inclusive los modelos serían diferentes.**

**Tampoco es posible agregar una línea más tipo 4.1 y 4.2 diferenciando los tipos de compresores de aire, ya que en la sumatoria total de la oferta no correspondería al precio total del bien ya que estarían sumadas ambas alternativas.**

**Consultamos, cada oferente deberá presentar dos Planillas de precios, en una en donde el Ítem 4 se indicaría para los compresores de aire libre de aceites, y otra planilla de precios en donde el Ítem 4 se indicaría el precio para los compresores de aire con lubricantes. Creemos que es la única manera de contar con dos ofertas, cada una aplicada a la alternativa indicada, libre de aceite o con lubricantes.**

**RESPUESTA N° 35:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde se incorpora una Planilla de Precios 1 y una Planilla de Precios 2 donde se diferencia en el ítem 4 la provisión, instalación y puesta a punto de compresor de aire sin aceite y con aceite. Deben cotizarse AMBOS compresores con sus respectivos costos de mantenimiento.

### **CONSULTA N° 36:**

**Recomendamos ceñirse a las distintas aplicaciones legales exigidas para la provisión de de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal (PSA), tal como se señala en el pliego de bases y condiciones del último llamado de la institución matriz en cuestiones de salud como lo es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que a continuación pasamos a mencionar;**

***Convocante: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) - Uoc Nro 1  
Nivel Central***

***Nombre de la Licitación: LPN - SBE N° 42/21 - ADQUISICIÓN DE PLANTAS  
GENERADORA DE OXÍGENOS PARA EL MSPYBSPLURIANUAL (versión 4)***

***ID de Licitación: 399911***

***Modalidad: Licitación Pública Nacional***

***Publicado el: 09/11/2021***

**Requisito documental para evaluar la capacidad técnica**

- 1. Habilidad vigente expedida por el área competente del MSPyBS como importador/comercializador/distribuidor de dispositivos médicos.**
- 2. Habilidad vigente de Servicio Técnico de equipos médicos emitido por el MSPyBS**

**RESPUESTA N° 36:** Favor adecuarse a lo establecido en la adenda 2 donde en Documentos Adicionales se incorpora los siguientes puntos:

- c. Habilidad vigente expedida por el área competente del MSPyBS como importador/comercializador/distribuidor de dispositivos**
- d. Habilidad vigente de Servicio Técnico de equipos médicos emitido por el MSPyBS**

Concurso Público N° 1/2022: Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal (PSA) de 40 Nm<sup>3</sup>/h Duplex con compresor para carga de Cilindros para Hospital Regional de Salto del Guairá

### **CONSULTA N° 37:**

**Donde solicitan:**

D.4 FORMA Y PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los Bienes/Servicios no podrá superar los 160 (ciento sesenta) días a partir de la fecha de la firma del contrato.

Favor aclarar suficientemente cual es el tiempo de entrega ya que en el Modelo de Contrato del pliego del llamado indican:

Cláusula Sexta: Plazos del Suministro

6.1 La CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar los insumos adjudicados, dentro de los 180 (Ciento ochenta) días posteriores a la firma de este contrato, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

**Recomendamos mantener los tiempos establecidos en el modelo de contrato de 180 días, ya que los tiempos de importación se volvieron impredecibles, ya que a cada momento se realizar todo tipo de paro por rebrotes de Covid o influenza que afectan en este sentido.**

**RESPUESTA N° 37:** Se aclara que el tiempo de entrega MÁXIMO queda establecido en 180 días.

### **CONSULTA N° 38:**

**Solicitamos respetuosamente permitan ampliar el periodo de consulta, de manera a poder revisar mejor con nuestros distintos fabricantes las distintas especificaciones de manera a cotizar el mejor precio posible, y/o una vez respondidas las consultas actuales, permitan una nueva ronda de consultas atendiendo a las modificaciones que puedan presentarse.**

**RESPUESTA N° 38:** Favor ajustarse a los tiempos del pliego de bases y condiciones.