

- **Preguntas y Respuestas:** Llamado a presentación de **EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE TTE. IRALA FERNÁNDEZ, (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES)**

1. Sobre el ítem ESTUFA DE SECADO: Se solicita que la misma sea de 60 litros. ¿Se podría oferta una estufa de mayor capacidad? Esto debido a que dependiendo de los fabricantes y proveedores, no necesariamente todos cuentan con una presentación exacta de 60 litros, en nuestro caso, ofertaríamos una estufa con capacidad de 70 litros.

**R1: Para la adquisición de la Estufa de secado, confirmamos que si se puede ofertar una estufa de mayor capacidad**

2. Sobre los ítems de kits de ELISA que solicitan lector de ELISA y lavador, ¿cuales serían las especificaciones técnicas de los mismos? Fuera de la posibilidad de realizar varios ensayos al mismo tiempo, ¿se establecerán características como: longitudes de onda, capacidad de almacenamiento de resultados, impresora de resultados incorporada, etc.? Esto a fin de poder ofertar adecuadamente los ítems mencionados.

**R2: Para la adquisición del equipo automatizado para Test de Elisa, estas son las características:**

**Equipo que incluya unidad analítica software, impresora para determinaciones con pocillos que pueden ser utilizables de manera individual y con incubadores de temperatura y carga continua, se deben incluir los calibradores, controles, diluyentes y consumibles según determinaciones solicitadas. El equipo debe incluir un mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica durante la vigencia del contrato y con capacitación a los profesionales en el uso del equipo.**

**Consumo de equipo 200 w**

**Alimentación universal 100-240 v, 50-60 hz**

**Optica LED 650 nm**

3. Tienen un requerimiento específico sobre los plazos de entrega y vencimientos de los reactivos? de manera a presentarnos en el llamado solo con artículos en stock o poder cotizar con plazo de entrega los mismos

**R3: El plazo límite de recepción de los insumos/equipamientos/bienes en caso de adjudicación es hasta el 4 de noviembre, pudiéndose extender como máximo al 7 de noviembre del corriente. En lo posible solicitamos reactivos con vencimiento de 6 meses a 1 año como mínimo.**

4. Con respecto a Lote 1, sublote 1.3 se solicita Un reactivo para Mycobacterium tuberculosis por RT-PCR y lo solicitan con un sistema completamente automatizado. ¿Para este caso se trataría de un acuerdo comodato o de la compra de un sistema con un kit de reactivos? de ser un comodato, ¿que cantidad de kits o determinaciones estarían necesitando?

**R4: Solo se solicita la compra del equipo. La compra de los kits de reactivos tiene procesos paralelos de adjudicación a la fecha.**

5. Con respecto al lote 3, sublote 3.13 solicitan pruebas inmunoenzimáticas indirectas. ¿Para este lote sería con compra del equipo o sería un acuerdo de comodato? en caso de ser un comodato ¿se podrían ofertar equipos de reacondicionados?

**R5: En lo posible solicitamos equipos en comodato, pero si se van a adquirir los equipos necesitamos que los mismos estén en condiciones para funcionar correctamente y que se adquieran con mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.**

6. ¿Se deberá incluir traslado de todos los bienes a Tte. Irala Fernández?

**R6: Se deberá prever en la propuesta presentada, el costo de flete/traslado, para el Centro de Salud de Teniente Irala Fernández.**