

Asunción, 18 de octubre de 2023

Señores
OFERENTES
Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de Receptor Principal del Proyecto Disminuyendo Brechas para la reducir la incidencia del VIH y las muertes relacionadas al SIDA, convenio CIRD/Fondo Mundial PRY-H-CIRD-2028, financiado con recursos donados por el “Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria” – FONDOS C19RM 2021 para el cual tenemos previsto adquirir equipos e insumos de LABORATORIO; que serán entregados al Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En el marco de dicho Proyecto, solicitamos tengan a bien proveernos las cotizaciones de los productos que se detallan en el Anexo I de esta nota.

Les solicitamos que las cotizaciones remitidas tengan una vigencia de 30 días.

Esperamos vuestras ofertas hasta el **martes 24 de octubre** del corriente, a las 12:00hs.

Las propuestas deben remitirse vía correo electrónico a fiarra@cird.org.py con copia a mroyg@cird.org.py; y deben dirigirse por nota al Dr. Agustín Carrizosa, Presidente Ejecutivo del CIRD. Las ofertas deben estar debidamente firmadas con las correspondientes aclaraciones.

Las **consultas** serán solo recibidas vía e-mail a la siguiente dirección: fiarra@cird.org.py con copia a mroyg@cird.org.py, hasta las 12:00hs del viernes 20 de octubre del corriente.

Esperando su respuesta en los tiempos indicados más arriba, y sin otro particular, nos place saludarle atentamente.

Dr. Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Anexo I

Detalle de equipos e insumos con Especificaciones Técnicas

Descripción	Especificaciones técnicas	Cantidad
Agitador vórtex	Diseñado con un centro de gravedad bajo que evita el deslizamiento a alta velocidad, incluso en superficies húmedas, con un mezclador de tubos analógico y velocidades de hasta 2500 rpm, debe incluir en la entrega: 1 una placa para tubos de 1,5 mL.	4
Autoclave	Configuración: Automática. Debe ser de acero inoxidable de fácil limpieza, con certificado de larga duración y alta resistencia a la corrosión. Rango de ajuste de tiempo de 0 a 99 horas. Presión de trabajo nominal: 0,142 MPa. Rango de ajuste de la temperatura para la esterilización de 50-127°C. Sistemas de seguridad por sobre presión y temperatura. Capacidad: 80 litros.	1
Autoclave	Autoclave vertical. Configuración: Automática. Debe ser de acero inoxidable de fácil limpieza, con certificado de larga duración y alta resistencia a la corrosión. Rango de ajuste de tiempo de 0 a 99 horas. Presión de trabajo nominal: 0,142 MPa. Rango de ajuste de la temperatura para la esterilización de 50-127°C. Programa de secado incluido. Sistemas de seguridad por sobre presión y temperatura. Indicación visual/auditiva de puerta cerrada, cancelación y finalización del ciclo. Capacidad: 80 litros.	1
Termociclador punto final - ProFlex	Apto para dos placas de 96 pocillos x 0,2 ml. Precisión de la temperatura ± 0.25 °C (35 °C a 99.9 °C). Rango de volumen de reacción 10–100 μ L. Velocidad máxima de la rampa de bloque 3.0°C / segundo Alimentación 100-240 V, 50-60 Hz Máx.: 950 VA. Debe contar con UPS. Características del programa: debe contar con reinicio automático (después de cortes de energía). Protección de sobrescritura del programa	1
Cooler	Adecuado para tubos PCR de 0,2 mL y placas PCR de 96 pocillos. Requiere de máximo 2 horas de enfriamiento y debe cambiar de color cuando la temperatura supera los 7°C,	2
Strips	Tubos ópticos de PCR de 0.2mL de polipropileno, de perfil bajo, en presentación de tiras de 8, transparentes, Libre de RNAsa, DNAsa y ADN humano. Debe incluir tiras ópticas planas de 8 tapas. Debe ser compatible con termociclador CFx96 Biorad	2.700
Strips	Tubos ópticos de PCR de 0.2mL de polipropileno, de perfil bajo, en presentación de tiras de 8, blancas, Libre de RNAsa, DNAsa y ADN humano. Debe incluir tiras ópticas planas de 8 tapas. Debe ser compatible con termociclador CFx96 Biorad,	2.700
Tubos tipo Eppendorf	Con tapones planos, graduaciones laterales y superficie de escritura esmerilada. Libre de ARNasa/ADNasa. Apta para centrifugación alta a 20 000 x g	11.000

Anexo II

Consideraciones Generales para la Cotización

1. La cotización de los productos debe ser en **dólares americanos y en guaraníes**. Se aclara que los pagos se realizan a Crédito 8 días una vez entregado los bienes y las documentaciones necesarias para el legajo de pago (Facturas y Notas de Remisión con la conformidad de la entrega de bienes);
2. Debe especificarse el periodo de vigencia de la cotización, mínimo 30 días;
3. Debe especificarse el periodo de entrega de cada producto;
4. La oferta debe estar acompañado de catálogo de los productos cotizados;
5. La cotización requerida se refiere a los equipos e insumos señalados en el **Anexo I** de la nota de solicitud de cotización, y el precio deberá incluir costo final de cada ítem solicitado, incluido impuestos y entregados, en Asunción, en el lugar que indicará el CIRDA;
6. Los equipos deberán tener certificado de garantía;
7. La cotización debe estar referida a cada uno de los ítems y al total de los mismos, pudiéndose seleccionar y adjudicar los productos parcial o totalmente;
8. El pago del suministro se podrá realizar en dólares americanos o en guaraníes, por el monto adjudicado, en el cual deberá estar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cualquier otro gravamen, LIBRE DE TODO GASTO PARA EL CIRDA y puesto en el lugar indicado por la convocante.