

NOTA DE INVITACIÓN

Proyecto Reducción de la Incidencia y Mortalidad Asociadas al VIH ADENDA 01

Por la presente Adenda 01 se modifica el Ítem 10 del Lote 1 vinculado al convenio de donación del periodo 2024- 2026, Proyecto Reducción de la Incidencia y Mortalidad Asociadas al VIH. Convenio CIRD/Fondo Mundial PRY-H-CIRD-3590, financiado con recursos donados por el “Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria”,

Se modifica el Ítem 10 del Lote 1 en Especificaciones Técnicas, quedando como sigue:

Anexo I

Detalles de equipos con Especificaciones Técnicas:

LOTE 1			
Normas de calidad ¹ :			
(1) Los equipos deben contar con certificado CE y/o certificación de la FDA.			
Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad
10	Agitador de tubos para Laboratorio de PRONASIDA	<ul style="list-style-type: none">- "Tipo vortex. Cabezal: Superficie de apoyo para tubos;- Botón: Switch de doble posición para operación continua o manual;- Indicador de encendido: Indica el estado de funcionamiento del dispositivo. Velocidad variable controlada electrónicamente hasta 3000 vueltas/min;- Inicio automático en modo táctil o funcionamiento continuo. <p>*Garantía de 24 meses. Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo durante los 24 meses.</p>	01

15/04/2024

¹ Estos documentos vigentes deberán presentarse junto con los documentos técnicos de la propuesta